Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender

Grundsätzlich müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.

Wiedereinsatz/Patientenwechsel

Ein Wiedereinsatz der Kubivent Transferhilfen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion sowie anschließende Kontrolle auf Schäden am Produkt.

Bei Schäden und sonstigen Mängeln sollte das Produkt nicht mehr verwendet und ausgetauscht werden.

Eine Wiedereinsatzreinigung entsprechend den Anforderungen des MPG wird von uns derzeit nicht angeboten.

Für nähere Informationen setzen Sie sich bitte direkt mit unserem Kundenservice-Center in Urbach in Verbindung (Tel.: 07181/47506-0 oder per Mail info@kubivent.com).

Herstellung und Vertrieb

Kubivent Transferhilfen werden ausschließlich von der Firma Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben. Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Garantienachweis

Für das KUBIVENT-Produkt: _____

mit der Produkt-Nummer: _____

Das Datum der Auslieferung durch den Fachhändler gilt als Garantiebeginn. Die 2-jährige Garantie gilt für Material- und Herstellungsfehler bei sachgerechter Anwendung. Und ist nur in Verbindung mit dem Rechnungsbeleg gültig.

_____

Datum/Stempel/Unterschrift

KUBIVENT

KUBIVENT GmbH · Medizinische Polstersysteme
Robert-Bosch-Str. 8 · 73660 Urbach
Telefon: 07181 / 47506-0 · Fax: 07181 / 47506-99
info@kubivent.com · www.kubivent.com

Änderungen vorbehalten · Stand 03/2019

Gebrauchsanleitung

KUBIVENT **Disk**

Drehkissen

CE

Made in Germany

KUBIVENT

Produkt-Beschreibung

Das Kubivent Drehkissen Disk unterstützt den Transfer im Bett, auf Stühlen und eignet sich als Ein-und Ausstiegshilfe im Auto.

Weichgepolsterte Oberseite / Sitzfläche

Vollflächige Anti-Rutsch-Unterseite

Indikation / Zweckbestimmung

Erheblich bis voll ausgeprägte Beeinträchtigung der Drehbewegung im Sitzen, des Wechsels der Körperposition, z.B. im Bett an die Bettkante

- Zur Erleichterung des Positionswechsels, ggf. mit einer Unterstützung durch eine Hilfs/Pflegeperson

Kontraindikation

Personen, die nicht frei sitzen können aufgrund fehlender Körperspannung. Das individuelle Krankheitsbild muss beachtet werden.

Anwendung

Im Bett: Unterstützt die Mobilisation in die Sitzposition zur Bettkante. Das Drehkissen wird nach der Seitenlagerung des Patienten unter das Gesäß platziert und der Oberkörper im Anschluss in die aufrechte Sitzposition gebracht, z.B. durch Aufstellen des Bett-Kopfteiles. Nun erfolgt die Drehung des Patienten zur Bettkante. Die Beine werden dabei Richtung Fußboden bewegt.

Stuhl: Auch für den Einsatz auf dem Stuhl geeignet. Dabei ermöglicht sie das einfache Drehen zur Seite und minimiert den Kraftaufwand.

Auto: Je nach Form und Aufbau des Autositzes, kann das Drehkissen auch als Ein-und Ausstiegshilfe im Auto verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen nur für Beifahrer empfohlen. Bei Einsatz durch den Fahrer muss das Drehkissen nach dem Einsteigen und vor dem Bewegen des Fahrzeuges aus dem Sitz entfernt werden.

- Wenn Ihnen die Anwendung der Transferhilfen nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
- Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller zu melden sind.

Technische Daten

Größe in cm / Durchmesser	Artikelnummer	Gewicht in g
39	THDisk39	240

Einsatzbereich: bis 150 kg

Material: 100 % Polyester Oberseite und Vinyl-beschichtes Polyestergewirke auf der Unterseite.

Material Drehscheibe: 100 % PVC, zwei ineinander einführbare Kunststoff-Drehplatten mit einem Durchmesser von 12 cm.

Reinigung

Für das Disk Drehkissen wird die Handwäsche empfohlen. Die Reinigung in der Waschmaschine ist zwar möglich, sollte aber nur bei akuter Verschmutzung vorgenommen werden. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Anwendung: Bei der Handwäsche kann das Drehkissen mit einem Tuch/Schwamm abgewischt und gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann zusätzlich ein mildes, haushaltsübliches Reinigungsmittel z.B. Seife verwendet werden.

Reinigung in der Waschmaschine: Das Drehkissen kann in der Waschmaschine bei 60 °C gewaschen werden. Bitte beachten Sie, dass die Maschinenreinigung das Material sehr beansprucht und nur bei starker Verschmutzung vorgenommen werden sollte. In keinem Fall sollte ein Weichspüler verwendet werden.

Desinfektion

Das Drehkissen kann problemlos wisch- und flächendesinfiziert werden. Die handelsüblichen auf Alkoholbasis hergestellten Desinfektionsmittel können sowohl in einem Fachhandel oder alternativ in einem Drogeriemarkt erworben werden.

Anwendung: Unabhängig vom Desinfektionsmittel sollten vor der Desinfektion unbedingt die Sicherheits- und Anwendungshinweise vom Desinfektionsmittel-Hersteller beachtet werden. Benetzen Sie alle Flächen und lassen Sie das Mittel in der vom Hersteller vorgeschriebenen Zeit einwirken. Die Wirkstoffe des Mittels müssen direkt auf die Fläche gelangen, bei gebrauchsfertigen Desinfektionsmitteln kann das Mittel mit Hilfe einer Sprühflasche oder einem in Desinfektionsmittel getränktem Tuch auf die zu desinfizierende Fläche gebracht und mit Wischbewegungen desinfiziert werden. Grobe Verschmutzungen können die volle Benetzung verhindern und sollten vor der Desinfektionsmaßnahme entfernt werden. Nur so kann die volle Wirkung des Mittels erreicht werden. Waschen Sie das Desinfektionsmittel nach einer Wischdesinfektion nicht mit Wasser ab und lassen Sie es an der Luft abtrocknen. Beim Einsatz von Konzentraten beachten Sie zudem die vom Hersteller beschriebenen Dosierungsinformationen.

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsverfahren dürfen kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol.

Sicherheitshinweise

Das unbeabsichtigte Ablegen des Drehkissens auf dem Boden sollte vermieden werden, da Sturzgefahr durch die Drehbewegung besteht. Beim Bügeln sollte nur die Oberseite des Drehkissens verwendet werden. Rauchen und das Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe ist zu vermeiden.

Sonstige Hinweise und Nutzungsdauer

Vor jedem Einsatz und nach jeder Reinigung empfehlen wir das Produkt auf Mängel und Schäden zu kontrollieren. Ständige Kontrolle und eine sorgfältige Handhabung verlängern die Nutzungsdauer des Produkts. Bügeln Sie das Drehkissen nur mit sehr geringer Temperatur und nur die Oberseite/Sitzfläche (Farbe lila).